



Description de produit

Tubes silicone avec ligne ORX *




Application:

Technologie médicale
Equipement médical

Tolérances:

pour diamètre intérieur
et épaisseur
après accord



Qualité:

Qualité alimentaire possible selon :

- BfR XV. Silicone
- FDA § 177.2600

Dimensions:

Diamètre intérieur : de 2 à 18 mm

Épaisseur de la paroi : à partir de 1 - 4 mm

Qualité médicale possible selon :

- Pharmacopée européenne
- USP Class VI
- ISO 10993

Avantages:

Tube visible aux rayons X.

- Stérilisable par :
- air chaud à 200° C
 - vapeur à 134° C
 - gaz (EO)
 - rayons gamma

Couleurs:

Tube de base : translucide
bande de contraste : blanche
autres coloris sur demande

* opaque aux rayons X

Cette fiche n'est pas mise à jour automatiquement

Version 01/2020

Silikon-Technik Siltec GmbH & Co. KG

Tél: +49 8387 9230-0,

Fax: +49 8387 9230-33

E-mail: siltec@siltec.de

Jakob-Lang-Str. 12, D-88171 Weiler im Allgäu

Kommanditgesellschaft – Siège: Weiler im Allgäu – Immatriculation à Kempten n° HRA 8531 - Dirigeants: Sven RIEHM, Dr. Wolf-Sebastian ZYLKA

Société personnellement responsable : Silikon-Technik Siltec Verwaltungs GmbH – Siège: Weiler im Allgäu – Immatriculation à Kempten n° HRB 9003

